

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.313733

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№

Действительно до
25.12.2027 г.

Средство измерений: Измерители сопротивления заземления ИС-20/1, Рег. № 53720-13

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 0415

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с разделом 6 "поверка" Руководства по эксплуатации РАПМ.411212.002 РЭ

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 70345.18.2P.01066067; 70345.18.2P.01066066; 6332.77.4P.01279551;
Вольтметр универсальный В7-78/2, зав.№ TW00020243, рег.№ 52147-12; Измеритель влажности и
температуры ИВТМ-7 М5-Д, зав.№ 68987, рег.№ 71394-18

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: частота сети 50 Гц, температура воздуха 20,5 °С,
относительная влажность воздуха 55 %, атмосферное давление 718 мм рт.ст.,
напряжение питающей сети 222,8 В

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным
метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений

Руководитель
лаборатории

подпись

Малинин Е. Л.
Фамилия инициалы

Поверитель

Бондарь А. В.
Фамилия инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.313733

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№

Действительно до
25.12.2026 г.

Средство измерений: Омметры ВИТОК, Рег. № 35882-07

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 655

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объеме

*наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
в соответствии с раздел РУКЮ.411212.025 РЭ, раздел 7*

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Катушки электрического сопротивления измерительные P310, зав.№ 054439, рег.№ 1162-58; Катушки электрического сопротивления измерительные P321, зав.№ 512363, рег.№ 1162-58; Катушки электрического сопротивления измерительные P321, зав.№ 175895, рег.№ 1162-58; Катушки электрического сопротивления измерительные P321, зав.№ 144716, рег.№ 1162-58; Катушки электрического сопротивления измерительные P331, зав.№ 165829, рег.№ 1162-58; Катушки электрического сопротивления измерительные P331, зав.№ 129093, рег.№ 1162-58; Катушки электрического сопротивления измерительные P331, зав.№ 001561, рег.№ 1162-58; 6332.77.4P.01279551; Мегаомметр Е6-32, зав.№ 11829.21, рег.№ 53668-13; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М5-Д, зав.№ 68987, рег.№ 71394-18; Мультиметр цифровой Fluke 27 II, зав.№ 51030025, рег.№ 46801-11

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: частота сети 50 Гц, температура воздуха 20,5 °С, относительная влажность воздуха 55 %, атмосферное давление 718 мм рт.ст., напряжение питающей сети 222,8 В

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Руководитель
лаборатории

Малинин Е. Л.

подпись

Фамилия инициалы

Поверитель

Бондарь А. В.

Фамилия инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.313740

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№

Действительно до
25.12.2028 г.

Средство измерений: Комплексы программно-технические измерительные РЕТОМ™-51, Рег. № 26975-04

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 0131

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объеме

*наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
в соответствии с 4258-015-13092133 МП*

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
с применением эталонов: 25900.03.1P.01033375; 70345.18.2P.01047526; 70345.18.2P.01047527; 70345.18.2P.00783577; 70345.18.1P.00232603; 75631.19.5P.01326999; 52854.13.1P.00867445; 52854.13.1P.00867446; 52854.13.3P.00950384; 52854.13.1P.00867448; 76322.19.2P.01238271; Секундомер-измеритель электронный временных параметров реле и выключателей ИВПР-203М, зав.№ 974, рег.№ 86280-22; 25900.03.2P.01033377; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7, зав.№ 63291, рег.№ 71394-18

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: напряжение сети питания 220 В, частота сети питания 49 Гц, коэффициент гармоник кривой переменного напряжения 1,985 %, температура воздуха 21,7 °С, относительная влажность воздуха 51 %, атмосферное давление 730 мм рт.ст.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Руководитель
лаборатории

подпись

Чернов И. К.
Фамилия инициалы

Поверитель

Кожухарь Г. П.
Фамилия инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.313733

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№

Действительно до
25.12.2026 г.

Средство измерений: Мегаомметры ЭС0202/2-Г, Рег. № 14883-95

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 19336

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с ГОСТ 8.409-81

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 6332.77.4Р.01254492; Калибратор электрического сопротивления, зав.№ 472115, рег.№ 54539-13; Секундомер электронный, зав.№ 449066, рег.№ 44154-20; Измеритель параметров электробезопасности электроустановок МП 3394, зав.№ 23230122, рег.№ 62253-15; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5-Д, зав.№ 85664, рег.№ 71394-18

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: частота сети питания 50 Гц, температура воздуха 21,5 °С, относительная влажность воздуха 54 %, атмосферное давление 749 мм рт.ст., напряжение питающей сети 220 В

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Заместитель руководителя
лаборатории

подпись

Евсеев И. А.
Фамилия инициалы

Поверитель

Тамадаев С. А.
Фамилия инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.313733

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№

Действительно до
25.12.2027 г.

Средство измерений: Мегаомметры Е6-31, Рег. № 53668-13

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 11734.19

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с РАПМ.411218.002РЭ «Мегаомметры Е6-31, Е6-31/1 и Е6-32.Руководство по эксплуатации», с Изменением № 2, раздел 6 «Поверка»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 77012.19.2Р.01253683; 55804.13.2Р.01179267; 55804.13.2Р.01179269; 6332.77.4Р.01291903; Калибратор электрического сопротивления, зав.№ 472115, рег.№ 54539-13; Киловольтметр электростатический, зав.№ 10026, рег.№ 2303-68; Измеритель параметров электробезопасности электроустановок МІ 3394, зав.№ 23230122, рег.№ 62253-15; Мультиметр цифровой Fluke 27 II, зав.№ 56130049, рег.№ 46801-11; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5-Д, зав.№ 85664, рег.№ 71394-18

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: частота сети питания 50 Гц, температура воздуха 21,5 °С, относительная влажность воздуха 54 %, атмосферное давление 749 мм рт.ст., напряжение питающей сети 220 В

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Заместитель руководителя
лаборатории

подпись

Евсеев И. А.
Фамилия инициалы

Поверитель

Тамадаев С. А.
Фамилия инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.313740

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№

Действительно до
25.12.2026 г.

Средство измерений: Аппараты испытания диэлектриков АИД-70М, Рег. № 34031-12

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 3803

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с 2АМБ.169.001-01 МП

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 59205.14.2Р.01419023; 59205.14.2Р.01419024; 76322.19.2Р.01238270;
76322.19.2Р.01238271; 72583.18.2Р.00698327; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7, зав.№ 63291,
рег.№ 71394-18

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: напряжение сети питания 220 В, частота сети питания 49 Гц,
коэффициент гармоник кривой переменного напряжения 1,985 %, температура воздуха 21,7 °С,
относительная влажность воздуха 51 %, атмосферное давление 730 мм рт.ст.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим
требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений

Руководитель
лаборатории

подпись

Чернов И. К.

Фамилия инициалы

Поверитель

Старушков Р. М.

Фамилия инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.313740

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№

Действительно до
25.12.2026 г.

Средство измерений: Измерители параметров цепей электропитания зданий MZC-300, Рег. № 31544-06

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 092236

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с MZC-300-06 МП

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 70345.18.2Р.01047527; 2175.66.2Р.00807345; Мера сопротивления петли короткого замыкания многозначная ММС-1, зав.№ 310136, рег.№ 77238-20; 9081.83.2Р.00840178; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7, зав.№ 63288, рег.№ 71394-18

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: напряжение сети питания 220 В, частота сети питания 49 Гц, коэффициент гармоник кривой переменного напряжения 1,985 %, температура воздуха 21,7 °С, относительная влажность воздуха 51 %, атмосферное давление 730 мм рт.ст.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Руководитель
лаборатории

подпись

Чернов И. К.

Фамилия инициалы

Поверитель

Старушков Р. М.

Фамилия инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.313740

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№

Действительно до
25.12.2026 г.

Средство измерений: Измерители напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения
MRP-200, Рег. № 31967-11

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 146233

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с MRP-200-11 МП

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 80584.20.4P.00950346; 70345.18.2P.01047527; 25900.03.1P.01033375;
68961.17.5P.01328362; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7, зав.№ 63288, рег.№ 71394-18; Мера
сопротивления петли короткого замыкания многозначная ММС-1, зав.№ 310136, рег.№ 77238-20

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: напряжение сети питания 220 В, частота сети питания 49 Гц,
коэффициент гармоник кривой переменного напряжения 1,985 %, температура воздуха 21,7 °С,
относительная влажность воздуха 51 %, атмосферное давление 730 мм рт.ст.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим
требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений

Руководитель
лаборатории

подпись

Чернов И. К.
Фамилия инициалы

Поверитель

Старушков Р. М.
Фамилия инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.



МОСЭНЕРГОТЕСТ
Метрологическая служба

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОСЭНЕРГОТЕСТ»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313419

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №

Действительно до 25.12.2026 г.

Средство измерений: Измерители сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции МІС-2500, Рег. № 34197-07

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 252754

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МІС-2500-06 МП

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 39949.15.2P.01110433; 39949.15.2P.01110432; 54539.13.4P.01107616; 6332.77.4P.00597473; Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав.№ 1412, рег.№ 46434-11

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: частота сети 50 Гц, температура воздуха 20,7 °С, относительная влажность воздуха 50,5 %, атмосферное давление 99,2 кПа, напряжение питающей сети 220 В


перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1->

Знак поверки:



Поверитель

Гриднев С. М.

фамилия, инициалы

Главный метролог

Максимов М. В.

подпись

фамилия, инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.



МОСЭНЕРГОТЕСТ
Метрологическая служба

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОСЭНЕРГОТЕСТ»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313419

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №

Действительно до 25.12.2026 г.

Средство измерений: Измерители сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции МІС-2500, Рег. № 34197-07

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 252523

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МІС-2500-06 МП

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 39949.15.2P.01110433; 39949.15.2P.01110432; 54539.13.4P.01107616; 6332.77.4P.00597473; Термогигрометр ИВА-6Н-Д, зав.№ 1412, рег.№ 46434-11

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: частота сети 50 Гц, температура воздуха 20,7 °С, относительная влажность воздуха 50,5 %, атмосферное давление 99,2 кПа, напряжение питающей сети 220 В


перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1->

Знак поверки:



Поверитель

Кавун И. В.

фамилия, инициалы

Главный метролог

Максимов М. В.

подпись

фамилия, инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.313740

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№

Действительно до
25.12.2026 г.

Средство измерений: Измерители параметров заземляющих устройств MRU-105, Рег. № 41925-09

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер AC2840

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с MRU-200-09 МП

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 70345.18.2P.01047526; 6332.77.4P.01254492; 70345.18.2P.01047527;
70345.18.1P.00232603; 70345.18.2P.00783577; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 6Д, зав.№
51464, рег.№ 15500-12; Мера сопротивления петли короткого замыкания многозначная ММС-1, зав.№ 310136,
рег.№ 77238-20

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: напряжение сети питания 220 В, частота сети питания 49 Гц,
коэффициент гармоник кривой переменного напряжения 1,985 %, температура воздуха 21,7 °С,
относительная влажность воздуха 51 %, атмосферное давление 730 мм рт.ст.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим
требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений

Руководитель
лаборатории

подпись

Чернов И. К.
Фамилия инициалы

Поверитель

Старушков Р. М.
Фамилия инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.

ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.313740

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№

Действительно до
25.12.2026 г.

Средство измерений: Измерители параметров заземляющих устройств MRU-105, Рег. № 41925-09

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер AC2548

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с MRU-200-09 МП

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 70345.18.2P.01047526; 6332.77.4P.01254492; 70345.18.2P.01047527;
70345.18.1P.00232603; 70345.18.2P.00783577; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 6Д, зав.№
51464, рег.№ 15500-12; Мера сопротивления петли короткого замыкания многозначная ММС-1, зав.№ 310136,
рег.№ 77238-20

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: напряжение сети питания 220 В, частота сети питания 49 Гц,
коэффициент гармоник кривой переменного напряжения 1,985 %, температура воздуха 21,7 °С,
относительная влажность воздуха 51 %, атмосферное давление 730 мм рт.ст.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует установленным метрологическим
требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений

Руководитель
лаборатории

подпись

Чернов И. К.
Фамилия инициалы

Поверитель

Старушков Р. М.
Фамилия инициалы

Дата поверки 26.12.2025 г.

